

Standpunt letterplaatsing voorafgaand aan opname.

De sectie Radiologie wil graag het belang voor het gebruik van handmatige letterplaatsing, in de directe bundel voorafgaand aan de opname, landelijk weer onder de aandacht brengen.

Als NVMBR hebben we het standpunt dat handmatige letterplaatsing voorafgaand aan de opname nog steeds de voorkeur verdient en plaats dient te vinden. Met letterplaatsing vooraf in de directe bundel is het mogelijk de kans op fouten te verminderen. Er wordt direct gezien wat er gedaan wordt en niet achteraf tijdens de postprocessing. Tevens wordt door een juiste letterplaatsing te gebruiken ook zichtbaar met welke stralenrichting de opname gemaakt is. In een aantal ziekenhuizen wordt met een codering op de geplaatste letter ook vastgelegd welke MBB'er de opname gemaakt heeft.

Dit standpunt van de NVMBR is mede gebaseerd op het advies uit het studieboek 'Radiologie techniek en onderzoek' (1) en in het kader van kwaliteitszorg betreffende het voorkomen van fouten. In het studieboek wordt aangegeven dat hoewel letterplaatsing achteraf met digitaal bewerken mogelijk is, de MBB'er ervan overtuigd moet zijn dat de losse detector goed is uitgelezen of dat de parameters in het digitale systeem goed zijn voorgeprogrammeerd c.q. dat het juiste onderzoek is voorgezet. Handmatige letterplaatsing voorafgaand aan de opname faciliteert hierin.

Het standpunt van handmatige letterplaatsing voorafgaand aan de opname wordt tevens door meer (Europese) beroepsverenigingen als Best Practice gehanteerd. (2) (3) (4)

Bibliografie

1. Dam T DJGvGS. Radiologie Techniek en onderzoek Amsterdam: Reed Business; 2011.
2. Society of Radiographers. SoR, Use of anatomical side markers. [Online].; 2017 [cited 2017 10 24]. Available from: <https://www.sor.org/learning/document-library/use-anatomical-side-markers>.
3. ASRT. ASRT: Best Practices in Digital Radiography. [Online].; 2012 [cited 2017 10 24]. Available from: https://www.asrt.org/docs/default-source/publications/whitepapers/asrt12_bstpracdigradwhp_final.pdf.
4. Titley AG CP. Radiographer use of anatomical side markers and the latent conditions affecting their use in practice. Radiography. 2014;(20).